

Mode d'emploi

Plateau thérapeutique

Avertissement de sécurité

Ce mode d'emploi doit être lu et respecté avant l'emploi du plateau thérapeutique.
Vérifiez le bon ajustement du plateau thérapeutique avant de l'utiliser.
Si le plateau n'est pas utilisé correctement, p. ex. en cas de surcharge, cela peut engendrer des défauts.

Domaine d'utilisation/ Indications

Le plateau thérapeutique est en général utilisé dans le secteur des maisons de retraite, les hôpitaux et la réhabilitation. Le plateau thérapeutique sert exclusivement de surface de rangement qu'on fixe sur l'appui-bras du fauteuil roulant. Capacité de charge maximale jusqu'à 10 kg.

Données techniques

N° de réf.:	TP-L1, TP-L2, TP580-..., TP630-...,TP700-..., TP650-...-MK
Approprié pour une hauteur d'appui-bras:	25 – 31 mm, optionnellement jusqu'à 41 mm ou 51 mm
Capacité de charge maximale:	10 kg

Nettoyage et désinfection

Utiliser de l'eau tiède et du produit vaisselle neutre pour le nettoyage. Nettoyer avec un chiffon doux qui ne peluche pas.
Ne résiste pas a l'eau chaude et vapeur chaude, acétone, hydrocarbures halogénés, comme chloroforme, dichlorométhane, aux acides concentrés et aux bases.



Mode d'emploi

Plateau thérapeutique

Avertissement de sécurité

Ce mode d'emploi doit être lu et respecté avant l'emploi du plateau thérapeutique.
Vérifiez le bon ajustement du plateau thérapeutique avant de l'utiliser.
Si le plateau n'est pas utilisé correctement, p. ex. en cas de surcharge, cela peut engendrer des défauts.

Domaine d'utilisation/ Indications

Le plateau thérapeutique est en général utilisé dans le secteur des maisons de retraite, les hôpitaux et la réhabilitation. Le plateau thérapeutique sert exclusivement de surface de rangement qu'on fixe sur l'appui-bras du fauteuil roulant. Capacité de charge maximale jusqu'à 10 kg.

Données techniques

N° de réf.: TP-L1, TP-L2, TP580-..., TP630-...,TP700-..., TP650-...-MK
Approprié pour une hauteur d'appui-bras: 25 – 31 mm, optionnellement jusqu'à 41 mm ou 51 mm
Capacité de charge maximale: 10 kg

Nettoyage et désinfection

Utiliser de l'eau tiède et du produit vaisselle neutre pour le nettoyage. Nettoyer avec un chiffon doux qui ne peluche pas.
Ne résiste pas a l'eau chaude et vapeur chaude, acétone, hydrocarbures halogénés, comme chloroforme, dichlorométhane, aux acides concentrés et aux bases.

www.rolko.com 1

U-BEDANL-Therapie-FR.indd Stand: 27.09.11, 12:15

Plateau thérapeutique


Assemblage

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant l'assemblage. Vérifiez que cet article ne présente aucune détérioration.
Il faut assembler le plateau thérapeutique exclusivement sur un fauteuil roulant avec appui-bras.
Vérifiez le bon ajustement du plateau après l'assemblage. Optionnellement, on peut fixer un bord avant (9), (10) sur toutes les modelès, sauf TP-L1 , TP-L2 et TP650-...-MK. Veuillez commander cet accessoire séparément.

1. Enlevez la feuille protectrice du plateau thérapeutique
   Connectez le plateau thérapeutique (1), la barrete de distance (2) et la barre (3) aux vis (4). Il faut que le côté conique de la barrete de distance pointe devant (le côté plus court pointe à l'arrière). La barrete ne doit pas saillir.
2. Pour un équilibrage de hauteur optimal, mettez les entretoises (5) et/ou les pièces d'écartement (6) sur les vis (auf gré de hauteur des appuis-bras).
3. Placez les rondelles (7) et serrez les écrous moletés (8) doucement.
   Mettez le plateau thérapeutique sur l'appui-bras. Poussez l'équerre assemblé contre l'autre ainsi que le plateau thérapeutique soit bien ajusté sur le fauteuil roulant.
   Faites attention que les barretes de distance (2) sont fixées <u>parallelement</u> au bord extérieur - risque de rupture!
4. Puis, serrez les écrous moletés (8) et fixez le plateau thérapeutique sur les appuis-bras. Faites attention que le filet de vie est couvert complètement pour éviter des blessures par des filets saillants. Si nécessaire, mettez plus de rondelles en place.
5. Vérifiez le bon ajustement du plateau thérapeutique avant de l'utiliser.

<u>Version de l'assemblage pour modelle de TP-L1 et TP-L2:</u>

<u>Version de l'assemblage pour modelle de Rolko TP580-..., TP630-..., TP700-..., TP650-...MK</u>



Mode d'emploi, page 2

Plateau thérapeutique

Assemblage

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant l'assemblage. Vérifiez que cet article ne présente aucune détérioration.
Il faut assembler le plateau thérapeutique exclusivement sur un fauteuil roulant avec appui-bras.
Vérifiez le bon ajustement du plateau après l'assemblage. Optionnellement, on peut fixer un bord avant (9), (10) sur toutes les modelès, sauf TP-L1 , TP-L2 et TP650-...-MK. Veuillez commander cet accessoire séparément.

1. Enlevez la feuille protectrice du plateau thérapeutique
   Connectez le plateau thérapeutique (1), la barrete de distance (2) et la barre (3) aux vis (4). Il faut que le côté conique de la barrete de distance pointe devant (le côté plus court pointe à l'arrière). La barrete ne doit pas saillir.
2. Pour un équilibrage de hauteur optimal, mettez les entretoises (5) et/ou les pièces d'écartement (6) sur les vis (auf gré de hauteur des appuis-bras).
3. Placez les rondelles (7) et serrez les écrous moletés (8) doucement.
   Mettez le plateau thérapeutique sur l'appui-bras. Poussez l'équerre assemblé contre l'autre ainsi que le plateau thérapeutique soit bien ajusté sur le fauteuil roulant.
   Faites attention que les barretes de distance (2) sont fixées parallelement au bord extérieur - risque de rupture!
4. Puis, serrez les écrous moletés (8) et fixez le plateau thérapeutique sur les appuis-bras. Faites attention que le filet de vie est couvert complètement pour éviter des blessures par des filets saillants. Si nécessaire, mettez plus de rondelles en place.
5. Vérifiez le bon ajustement du plateau thérapeutique avant de l'utiliser.

Version de l'assemblage pour modelle de TP-L1 et TP-L2:

Version de l'assemblage pour modelle de Rolko TP580-..., TP630-..., TP700-..., TP650-...MK

www.rolko.com 2

U-BEDANL-Therapie-FR.indd Stand: 27.09.11, 12:15